Słupsk, dnia 07.09.2015r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę próbówek próżniowych – sprawa 15/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1(przedmiot zamówienia arkusz cenowy) probówkę próżniową z żelem separującym i EDTA o pojemności 8,5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza probówkę próżniową z żelem separującym i EDTA o pojemności 8,5 ml.

2. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 (przedmiot zamówienia arkusz cenowy) , probówkę próżniową z żelem separującym i EDTA o pojemności 5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza probówkę próżniową z żelem separującym i EDTA o pojemności 5 ml..

3. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 , (przedmiot zamówienia arkusz cenowy) probówkę próżniową z wersenianem potasowym do oznaczenia morfologii krwi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza probówkę próżniową z wersenianem potasowym do oznaczania morfologii krwi (K_2EDTA.)

4. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 (przedmiot zamówienia arkusz cenowy), probówkę próżniową z EDTA o pojemności 6 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza probówkę z EDTA o pojemności 6 ml.

5.Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 (przedmiot zamówienia arkusz cenowy), probówkę próżniową z żelem separującym i aktywatorem krzepnięcia o pojemności 8,5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza probówkę z żelem separującym i aktywatorem krzepnięcia o pojemności 8,5 ml.

6.Czy Zamawiający dopuści w punkcie 6 (przedmiot zamówienia arkusz cenowy), probówkę próżniową pustą (nawet bez aktywatora wykrzepiania o pojemności 3 ml ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza probówki próżniowej pustej (do badań serologicznych konsultacyjnych) o pojemności 3 ml (zbyt mała objętość).

7. Czy zgodnie z Dyrektywą Unijną 2010/32 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM, a EPSU oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł bezpiecznych tzn. takich, gdzie zabezpieczenie igły jest zintegrowane z kaniulą igły (z wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym)? Jeśli tak to czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 0,8 mm z zabezpieczeniem zintegrowanym z kaniulą igły?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igły 0,8 mm z zabezpieczeniem zintegrowanym z kaniulą igły.

8. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8.2.1 „materiały producenta /dystrybutora tj. karta katalogowa lub folder w j. polskim – ze zdjęciem / rysunkiem oraz nr katalogowymi ....” materiały w formie elektronicznej (płyta CD)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

9.Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty, opinii niezależnego od producenta ośrodka, potwierdzającego stabilność materiału genetycznego do badań NAT?

Odp.: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opinii, niezależnego od producenta, ośrodka potwierdzającego stabilność materiału genetycznego do badań NAT.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.09.2015r

Sp. IR

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. Jana Pawła II w Słupsku
Ryszard Jagura
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Medycyny Specjalnej