

Słupsk, dnia 22.03.2018 r

dotyczy: **Dostawy jednej sztuki wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem wraz z dostawą zainstalowaniem przeszkoleniem oraz podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi – sprawa 5/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem posiadającym dodatkową pokrywę unoszoną i opuszczaną wraz z pokrywą wirówki? Rozwiązanie to wpływa na dwukrotne zminimalizowanie zużycia energii.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby wirówka posiadała dodatkową pokrywę.

2. Czy wirówka powinna posiadać tolerancję niewyważenia wynoszącą co najmniej 125 gramów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało sygnalizację dźwiękową niewyważenia.

3. Czy urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o rotor umożliwiający wirowanie 16 worków z krwią?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie posiadało możliwość rozbudowy w przyszłości o rotor umożliwiający wirowanie 16 worków z krwią.

4. Czy urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowy panel sterowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie posiadało dotykowy panel sterowania.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.03.2018 roku.

Sp. IR

BYRKO
Janina, Centrum Diagnostyki i Analizy
in. Jarosława II w Słupsku
Ryszard Jagas
Specjalista Medycyny
Laboratorium

